

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị.

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu mua một máy Phân tích đông máu tự động để phục vụ công tác khám và điều trị cho bệnh nhân với các yêu cầu dưới đây:

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
I	- Máy phân tích đông máu tự động - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 4 trở lên (đối với máy chính) - Năm sản xuất: 2022 trở về sau.	Máy	01
1	Cấu hình thiết bị		
	- Máy chính: 01 Máy phân tích đông máu tự động - Máy tính và màn hình rời hoặc tích hợp trên máy chính: 1 bộ - Bộ phụ kiện: 01 bộ - Hóa chất chạy thử: 01 bộ - Bàn phím và chuột: 1 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ		
2	Thông số, chức năng tối thiểu		
1	-Các danh mục xét nghiệm: PT, APTT, FIB, D-Dimer, TT, FDP, AT-III		
2	-Công suất xét nghiệm: 350 xét nghiệm/giờ		
3	-Tối thiểu phải có 04 bước sóng trong khoảng từ 400 đến 800nm và có thể nâng cấp lên 6 bước sóng		
4	-Có chức năng làm mẫu khẩn cấp.		
5	-Dữ liệu kết nối được với hệ thống LIS/HIS của bệnh viện		
6	-Hóa chất sử dụng: Sử dụng được hóa chất ít nhất của 02 hãng sản xuất khác nhau (Kết quả cho ra phải chính xác)		

Bệnh viện kính đề nghị các đơn vị cung cấp trang thiết bị có đủ năng lực và điều kiện, tham gia chào giá theo yêu cầu trên qua đường công văn, văn thư của Bệnh viện theo địa chỉ:

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: 266 Đường Hùng Vương – Thành Phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

Hồ sơ chào giá bao gồm : 01 bản gốc chào giá , các tài liệu liên quan đến thiết bị cùng các thông tin tham chiếu trên cổng thông tin theo quy định của nghị định 98/2021/NĐ-CP và thông tư 14/2020/TT-BYT.

Thời gian chậm nhất cung cấp báo giá là: 17 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2022

Mọi chi tiết xin liên hệ:


CN Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0914 057 454. Email: Lehuuthanh1964@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận

- Như trên;
- Đăng tải Website Bệnh viện;
- Lưu:VT,VTYT,PTCKT;



Phan Xuân Nam