

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua sắm một số vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư – TBYT
Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07/8/2025

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Ống nội khí quản 2 nòng LEFT, cỡ 35Fr	- 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, thể tích lớn (ĐK bóng Phế quản ≥ 18 mm, ĐK bóng Khí quản ≥ 25 mm) - Đường dẫn quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ - Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương)	Cái	5

		- Bộ bao gồm: + Ống nội phế quản trái + Co nối Y + Kẹp + 4 dây hút đàm có van kiểm soát		
2	Ống nội khí quản 2 nòng LEFT, cỡ 37Fr,	- 02 bóng mềm, thể tích (ĐK bóng Phế quản ≥ 18 mm, ĐK bóng Khí quản ≥ 25mm) - Đường dẫn quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ - Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) - Bộ bao gồm: + Ống nội phế quản trái + Co nối Y + Kẹp + 4 dây hút đàm có van kiểm soát	Cái	50
3	Ống nội khí quản 2 nòng LEFT, cỡ 39Fr	- 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, (ĐK bóng Phế quản ≥ 20 mm, ĐK bóng Khí quản ≥ 30mm) - Đường dẫn quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ - Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) - Bộ bao gồm: + Ống nội phế quản trái + Co nối Y + Kẹp + 4 dây hút đàm có van kiểm soát	Cái	5
4	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 1,5	Cái	10
5	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 2	Cái	30
6	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 2,5	Cái	20
7	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 3	Cái	50

8	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 4	Cái	50
9	Mask thanh quản IGEL	- Sản phẩm được vô trùng - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - Cỡ số 5	Cái	10
10	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 6.5	Cái	50
11	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 5.5	Cái	50
12	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 5.0	Cái	50
13	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 4.5	Cái	50
14	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 4.0	Cái	50
15	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 3.5	Cái	50
16	Ống nội khí quản lò xo	- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi - Cỡ số 3.0	Cái	20
17	Flow Sensor dùng cho máy thở	- Dải đo: 0 đến 160 slpm (số lít tiêu chuẩn trên phút).	Cái	60

		- Độ sai lệch (Accuracy): $\leq 7\%$ trong dải 0 đến 10 lít/phút, $\leq 5\%$ trong dải 10~160 lít/phút. - Lưu lượng trở kháng: $\leq 2.5\text{mbar}$ (trở kháng gia tăng). - Đầu nối điện: 4 chân. - Tương thích với máy thở Drager.		
18	Ống hút đốt điện Tai Mũi Họng	- Đường kính ống hút: $\geq 2.5\text{mm}$ - 3.5mm - Chiều dài ống hút: $\geq 150\text{mm}$ - Dây nguồn dài $\geq 3\text{m}$ - Giắc cắm 3 chân	Cái	100

2. Địa điểm cung cấp, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng số 01

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển , cung cấp tại bệnh viện - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý