

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Ống (dây) nội soi khí phế quản có Video dùng cho trẻ em với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454 - Email: lehuuthanh1964@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính	
1	Ống (dây) nội soi khí phế quản Video kèm phụ kiện (dùng được cho trẻ em)	-Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:		01	Cái
		Hạng mục	Yêu cầu		
		1. Cấu hình bao gồm:			
		Ống soi mềm (ống chính)	01 Cái		
		Bộ phụ kiện bao gồm			
		Hộp đựng ống nội soi	01 Cái		
		Ngáng miệng	01 Cái		
Nắp tiệt trùng	01 Cái				

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		Adaptor vệ sinh kênh hút	01 Cái	
		Van hút dùng 01 lần	20 Cái	
		Nắp van sinh thiết dùng 01 lần	20 Cái	
		Chổi vệ sinh ống soi	01 Cái	
		Chổi rửa miệng kênh	01 Cái	
		Kìm sinh thiết, dùng 1 lần	04 Cái	
		Rọ xoắn dùng 1 lần	01 Cái	
		Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vệ sinh ống soi	01 Cuốn	
		2. Thông số kỹ thuật:		
		Chip thu nhận ảnh trên ống soi	Có	
		Đường kính ngoài của ống soi	≤ 3.7 mm	
		Đường kính bên trong kênh dụng cụ	≥ 1.7 mm	
		Chiều dài làm việc	≥ 600 mm	
		Đầu cuối ống soi phải có các thành phần	2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ	
		Hướng quan sát	Nhìn thẳng (0 độ)	
		Độ sâu trường nhìn lớn nhất	≥ 50 mm	
		Trường nhìn	≥ 90 độ	
		Có thể xoay tròn sang trái/phải lên đến	≥ 120 độ	
		Khả năng uốn cong tối đa:	Phần lên ≥ 210 độ	
			Phần xuống ≥ 130 độ	
		Điều kiện hoạt động: Ống soi lắp đặt phù hợp với một trong hai hệ thống nội soi có Model: +Visera Elite- Bộ xử lý hình ảnh OTV-S190: Olympus; +Exera III - Bộ xử lý hình ảnh CV-190: Olympus;		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Linh phụ kiện mới 100%. - Năm sản xuất: 2022-2023 - Bảo hành: \geq 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

➤ Điều khoản tạm ứng (Nếu có):

- Số tiền tạm ứng: tối đa không quá 30% giá gói thầu

- Chứng từ để tạm ứng: Hợp đồng, giấy đề nghị tạm ứng, Thư bảo lãnh tạm ứng của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Phương thức tạm ứng: Phương thức tạm ứng

+ Hình thức tạm ứng: chuyển khoản

+ Số lần tạm ứng: 01 lần

+ Thời hạn tạm ứng: trong vòng 30 ngày kể từ Chủ đầu tư nhận đầy đủ các chứng từ để tạm ứng.

➤ Điều khoản thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Số lần thanh toán: 02 lần (bao gồm cả lần tạm ứng).

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận đủ hàng hóa cùng các chứng từ liên quan theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).


- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của Nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu (nếu có).

Ghi chú: Đơn vị báo giá đúng theo mẫu báo giá - thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y Tế ban hành.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa TDCN
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;



Phan Xuân Năm