

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư dùng trong nội soi với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT  
SĐT: 0914.057.454 - Email: lehuuthanh1964@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
+ Nhận qua Email: pvttbytquangtri@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 8 năm 2023.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Lọng cắt polyp dùng một lần	- Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm. Chiều dài làm việc $\geq 2300$ mm. Đường kính của lọng có độ mở tối đa $\geq 15$ mm. - Đặc tính: Chất liệu ghim titanium hoặc tương đương.	02	Cái
2	Lọng cắt polyp dùng một lần	Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm. Chiều dài làm việc $\geq 2300$ mm. Đường kính của lọng có độ mở tối đa $\geq 20$ mm.	02	Cái
3	Dao cắt hút dưới niêm mạc hình nùm có tưới rửa	- Đầu dao hình nùm đường kính $\leq 0.3$ mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của nùm khi thu ngắn lại $\leq 0.1$ mm và cầm máu an toàn, loại có kênh tưới rửa, chiều dài làm việc $\geq 1650$ mm, chiều dài dao cắt 1.5mm/2.0mm - Dùng cho kênh dụng cụ $\leq 2,8$ mm	01	Cái

4	<b>Dao cắt hót dưới niêm mạc đầu cách điện</b>	Điện cực hình đĩa, đầu cách điện, vỏ cứng, chiều dài làm việc $\geq 1650$ , chiều dài dao $\geq 3.5\text{mm}$ , đường kính đầu cuối cách điện $\geq 1.7\text{mm}$ - Dùng cho kênh dụng cụ $\leq 2,8\text{mm}$	01	Cái
5	<b>Kẹp cầm máu nóng</b>	- Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, có chức năng xoay, dùng trong thực quản. Chiều dài làm việc $\geq 1650\text{mm}$ , độ mở rộng $\geq 5\text{mm}$ - Dùng cho kênh dụng cụ $\leq 2,8\text{mm}$	01	Cái
6	<b>Kẹp cầm máu nóng</b>	- Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, có chức năng xoay, dùng trong đại tràng. Chiều dài làm việc $\geq 1950\text{mm}$ , độ mở rộng $\geq 4\text{mm}$ - Dùng cho kênh dụng cụ $\leq 3,2\text{mm}$	01	Cái
7	<b>Kéo cắt vòng thắt</b>	Dụng cụ dùng để cắt bỏ phần thừa của vòng loop sau khi làm thủ thuật thắt polyp, dùng cho ống soi dạ dày/đại tràng	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư y tế:  
Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp và bảo quản
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển giao hàng tại bệnh viện

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).


- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của chủ sở hữu (nếu có).

Ghi chú: Đơn vị báo giá theo mẫu báo giá - thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y Tế ban hành.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;



*Phan Xuân Nam*