

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT  
SĐT: 0914.057.454 - Email: lehuuthanh1964@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Đèn tiêu phẫu di động	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đèn LED độ sáng <math>\geq 6.500</math> Kelvin.</li><li>- Tuổi thọ đèn <math>\geq 50,000</math> giờ.</li><li>- Có bộ phận hội tụ ánh sáng ở trước đầu đèn.</li><li>- Cần đèn có thể được uốn cong theo mọi hướng.</li><li>- Sử dụng với biến trở để điều chỉnh các mức độ khác nhau của cường độ sáng.</li><li>- Chân đế đứng di động</li><li>- Đường kính bóng kể cả chóa <math>\geq 54\text{cm} \leq 70\text{cm}</math></li><li>- Dễ dàng di chuyển</li></ul>	03	Cái

2	<b>Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon sử dụng nhiều lần</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thể tiệt trùng toàn bộ ở nhiệt độ cao</li> <li>- Công kết nối bệnh nhân: 15mm ID/22mm OD <math>\pm 0.5\text{mm}</math></li> <li>- Cổ túi silicon: ID 25 mm <math>\pm 0,5</math> mm</li> <li>- Đầu túi chứa oxy tái sử dụng: 25 mm OD <math>\pm 0,5</math> mm</li> <li>- Đầu vào khí oxy: 6 mm OD <math>\pm 0,5</math> mm</li> <li>- Không gian chết: <math>\leq 7,0\text{ml}</math></li> <li>- Giới hạn áp suất cấp: Ở lưu lượng khí 50 L/phút, áp suất dưới 60cmH<sub>2</sub>O (Người lớn).</li> <li>- Ở lưu lượng khí 50 L/phút, áp suất dưới 40cmH<sub>2</sub>O (Trẻ em/Trẻ sơ sinh)</li> <li>- Dung tích túi chứa tái sử dụng: 2700ml <math>\pm 200\text{ml}</math> (Người lớn/Trẻ em); 1000ml <math>\pm 200\text{ml}</math> (Trẻ sơ sinh)</li> <li>- Thẻ tích: 1600ml <math>\pm 150\text{ml}</math> (Người lớn); 280ml <math>\pm 50\text{ml}</math> (Trẻ sơ sinh)</li> </ul>	10	Cái
3	<b>Giấy in nhiệt</b>	Kích thước: 152mm x 150mm x 200 tờ Dùng cho máy in nhiệt	100	Xấp
4	<b>Giấy in nhiệt</b>	Kích thước: 145mm x 100mm x 15m Dùng cho máy in nhiệt	50	Xấp

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển giao hàng tại bệnh viện.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của chủ sở hữu (nếu có).

**Ghi chú:** Đơn vị báo giá theo mẫu báo giá - thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y Tế ban hành.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Luyện**