

Quảng Trị, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 02 đầu nén khí cho Hệ thống khí nén y tế trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận qua Email: [phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn](mailto:phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, thông số kỹ thuật, điều kiện hoạt động thiết bị yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính						
1	Đầu nén khí trực xoắn không dầu	<b>a. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết:</b> <table><thead><tr><th>Thông số kỹ thuật</th><th>Các tiêu chuẩn, số lượng ít nhất phải đạt được</th></tr></thead><tbody><tr><td>Công nghệ</td><td>Dạng trực xoắn (scroll) không có dầu</td></tr><tr><td>Công suất</td><td>Sử dụng phù hợp với Motor: 3.7 KW</td></tr></tbody></table>	Thông số kỹ thuật	Các tiêu chuẩn, số lượng ít nhất phải đạt được	Công nghệ	Dạng trực xoắn (scroll) không có dầu	Công suất	Sử dụng phù hợp với Motor: 3.7 KW	02	Cái
Thông số kỹ thuật	Các tiêu chuẩn, số lượng ít nhất phải đạt được									
Công nghệ	Dạng trực xoắn (scroll) không có dầu									
Công suất	Sử dụng phù hợp với Motor: 3.7 KW									



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính				
		<table border="1"> <tr> <td>Lưu lượng khí (Air Capacity)</td> <td>≥ 405 L/min</td> </tr> <tr> <td>Áp lực khí (Air pressure)</td> <td>≥ 0.8 Mpa /8bar</td> </tr> </table> <p><b>b. Điều kiện hoạt động:</b>  - Model: SL-165E-S8 hoặc tương đương để lắp đặt phù hợp cho cụm máy nén khí có model: SLP-110EB-S75 - Hãng SX C&amp;U/ Nhật Bản.</p>	Lưu lượng khí (Air Capacity)	≥ 405 L/min	Áp lực khí (Air pressure)	≥ 0.8 Mpa /8bar		
Lưu lượng khí (Air Capacity)	≥ 405 L/min							
Áp lực khí (Air pressure)	≥ 0.8 Mpa /8bar							

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linh phụ kiện mới 100%.</li> <li>- Năm sản xuất: 2023-2024</li> <li>- Bảo hành: ≥ 06 tháng được tính kể từ khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa đối với lỗi của nhà sản xuất.</li> <li>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng (không bao gồm công lắp đặt).</li> </ul>

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán có hiệu lực.

4. Các thông tin khác (nếu có).


- Báo giá cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của thiết bị nhà thầu báo giá.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành thiết bị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thị Duyên**