

Số: /TM-BVĐK

Quảng Trị, ngày 14 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Thị Minh Thuận, số điện thoại: 0913 411 151
- Email: minhthuan5012@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Cách tiếp nhận báo giá: Qua đường công văn
- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 14 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1	Bộ phổi nhân tạo ECMO kèm bộ dây dẫn tuần hoàn	Bộ	<ul style="list-style-type: none">Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngàyLưu lượng máu: nằm trong khoảng 0,5-7 lít/phútLưu lượng khí: nằm trong khoảng 10-14 lít/phútThể tích mồi (priming): nằm trong khoảng 240-273 mlDiện tích bề mặt trao đổi khí: nằm trong khoảng 1.3-1.8m²	01

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
			<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: nằm trong khoảng 0.3-0.4m² - Tích hợp cảm biến hồng ngoại giúp đo các thông số SvO₂, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven - Đầu nối nước đường kính 1/2 inch - Cổng lấy mẫu: Luer lock - Bơm ly tâm tích hợp trong bộ phổi, tốc độ bơm ly tâm: 0 – 5.000 vòng/phút - Phù hợp với máy ECMO CARDIOHELP System 	
2	Cannula ECMO tĩnh mạch cỡ 21Fr	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Phủ chất chống đông máu Bioline - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày - Cỡ đường kính 21Fr, chiều dài 38cm/ 55cm 	01
3	Cannula ECMO động mạch cỡ 17Fr	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Phủ chất chống đông máu Bioline - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày - Cỡ đường kính 17Fr, chiều dài 15cm/ 23cm 	02
4	Bộ chèn dưới da (nong) dùng cho cannula ECMO (nong tĩnh mạch)	Bộ	Kích cỡ: đường kính 0.097 cm x chiều dài 150 cm	01
5	Bộ chèn dưới da (nong) dùng cho cannula ECMO (nong động mạch)	Bộ	Kích cỡ: đường kính 0.097 cm x chiều dài 100 cm	02
Tổng cộng: 05 khoản				

2. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
- Số lần thanh toán: theo số lần nghiệm thu từng đợt.
- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được biên bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan theo quy định.

5. Công ty cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

6. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá (nếu có).

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, K.Dược.

GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Nam