

Quảng Trị, ngày 22 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua vật tư can thiệp trong nội soi mật tụy ngược dòng với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: [phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn](mailto:phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

**Lưu ý:** Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dao cắt cơ vòng Oddi	- Dao cắt cơ vòng tay cầm 3 kênh, có thể xoay điều khiển đầu dao. Đầu dao kích thước 5 Fr, có hướng và điểm đánh dấu. - Chiều dài làm việc $\geq 200$ cm, tương thích dây dẫn hướng 0.035 inch (0.889mm) - Đường kính ngoài 2.5mm, đường kính đầu tip trong khoảng từ 1.67 – 1.97mm, đường kính dây cắt 0.25mm. Chiều dài dây cắt $\geq 30$ mm, chiều dài đầu tip $\geq 5$ mm.	06	Cái

2	Dây dẫn hướng nội soi đường mật	- Dây dẫn có chất liệu bằng Nitinol (Hoặc tương đương), có lõi dây siêu đàn hồi chống uốn, chống xoắn. Đầu tip có hai hình dạng thẳng và cong chữ J được làm chất liệu polyme mềm phủ hydrophilic. - Chiều dài dây dẫn $\geq 450\text{cm}$ , tương thích dây dẫn hướng 0.035 inch (0.889mm)	Cái	05
3	Dây dẫn hướng nội soi đường mật	- Dây dẫn có chất liệu bằng Nitinol (Hoặc tương đương), có lõi dây siêu đàn hồi chống uốn, chống xoắn. Đầu tip có hai hình dạng thẳng và cong chữ J được làm chất liệu polyme mềm phủ hydrophilic. - Chiều dài dây dẫn $\geq 450\text{c}$ , tương thích dây dẫn hướng 0.025 inch (0.635mm)	Cái	02
4	Rọ lấy sỏi đường mật	- Rọ lấy sỏi hình lục giác 4 dây - Chất liệu rọ bằng kim loại và Nitinol (Hoặc tương đương), rọ có thể tự xoay khi rút - Chiều dài làm việc $\geq 200\text{cm}$ , đường kính độ mở rọ 35mm, chiều dài rọ $\geq 60\text{mm}$ . Đường kính ống catheter 7Fr, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. Tay cầm có khóa	Cái	03
5	Stent nhựa đường mật (loại thẳng)	Stent nhựa đường mật cỡ 7Fr, chiều dài Stent $\geq 5\text{cm}$ .	Cái	02
6	Stent nhựa đường mật (loại thẳng)	Stent nhựa đường mật cỡ 10Fr, chiều dài Stent $\geq 7\text{cm}$ .	Cái	10
7	Stent nhựa đường mật (cong 2 đầu-double pigtail)	Stent nhựa đường mật cỡ 10Fr, chiều dài Stent $\geq 15\text{ cm}$ .	Cái	02
8	Bóng kéo sỏi	- Bóng kéo sỏi có 3 kênh, chiều dài kênh làm việc $\geq 200\text{cm}$ tương thích dây dẫn hướng 0.035 inch (0.889) đường kính tương ứng 12- 15mm	Cái	03
9	Bóng kéo sỏi	. Bóng kéo sỏi có 3 kênh, chiều dài kênh làm việc $\geq 200\text{cm}$ tương thích dây dẫn hướng 0.035 inch (0.889mm) đường kính tương ứng 15- 18mm	Cái	03
10	Bóng nong đường mật	- Bóng nong đường mật có 02 kênh, 02 điểm đánh dấu vị trí bóng, đường kính bóng kích cỡ từ 8mm - 10mm; chiều dài bóng $\geq 5,5\text{cm}$ ; kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, - Chiều dài ống thông Catheter làm việc $\geq 230\text{cm}$ , tương thích với dây dẫn hướng đường kính 0.035 inch (0.889mm)	Cái	02

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển vật tư y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

<b>STT</b>	<b>Địa điểm cung cấp</b>	<b>Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp</b>
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển cung cấp hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ( <https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**