

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua xe cẩu nâng hạ 1 tay quay với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư thiết bị y tế:

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	XE CÁNG NÂNG HẠ 1 TAY QUAY * Cấu hình đồng bộ: - Xe chính: 01 cái - Mặt cẩu: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Lan can: 02 bộ - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ	* Kích thước (mm): - Kích thước cẩu \geq D1900 x R540 x C120 - Kích thước xe \geq D1950 x R650. Chiều cao điều chỉnh trong khoảng 500-780 * Kết cấu chung: - Xe gồm 1 cẩu inox (có thể nhấc ra khỏi xe) và 1 đệm mút đi kèm. Đệm mút dày từ 50mm – 70mm bọc vải giả da - Xe có lan can làm bằng ống \geq Φ 22x1mm, có thể gập xuống khi không sử dụng	08	Cái

	<ul style="list-style-type: none"> - Bốn bánh xe $\geq \Phi 150$, trong đó 2 bánh có phanh hãm. - Cánh có thể điều chỉnh cao thấp bằng tay quay, gấp gọn khi không sử dụng. - Cọc truyền dịch làm bằng inox $\geq \Phi 19 \times 1 \text{mm}$ và $\geq \Phi 15.9 \times 0.8 \text{mm}$, có thể điều chỉnh độ cao. * Vật liệu: - Làm bằng inox SUS 201 hoặc tốt hơn - Khung trên làm bằng hộp $\geq 20 \times 40 \times 1 \text{mm}$, viền nẹp chống va đập. - Khung dưới làm bằng hộp $\geq 30 \times 60 \times 1 \text{mm}$ và hộp $\geq 20 \times 40 \times 1.2 \text{mm}$; khay để đồ bằng inox tấm dày $\geq 0,8 \text{mm}$ - Mặt cáng khung bằng inox $\geq \Phi 25.4 \times 1 \text{mm}$, bọc inox tấm dày $\geq 0,8 \text{mm}$. 		
--	--	--	--

2. Địa điểm vận chuyển, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển, lắp đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100% - Bảo hành ≥ 12 tháng

3. Các thông tin khác (nếu có).

Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

