

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu Sửa chữa dây nội soi đại tràng PENTAX Model: EC38 và dây nội soi dạ dày Olympuns Model: GIF-XP190 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 28/3/2025

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục dịch vụ

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa dây nội soi đại tràng Model: EC- 380FKP - Hãng sản xuất: Pentax	- Tình trạng hư hỏng: Dây hư hỏng vỏ bọc thân sau và trước - Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau: + Thân ống thăm khám + Dây dẫn chung (phần kết nối với máy) + Vỏ bọc đầu ống soi + Lưới bending bộ phận uốn cong + Vỏ bọc đầu ống soi bộ phận uốn cong + Các phụ kiện liên quan khác (nếu thấy cần thiết)	01	Cái

2	Sửa chữa dây nội soi dạ dày Model: GIF- XP190 - Hãng sản xuất: Olympus	- Tình trạng hư hỏng: Dây thân trước bị sàn, thủng, cơ hoạt động kém, có hiện tượng rò rỉ - Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau: + Thân ống thăm khám + Kênh sinh thiết + Lưới bending bộ phận uốn cong + Vỏ bọc đầu ống soi bộ phận uống công. + Các phụ kiện liên quan khác (nếu thấy cần thiết)	01	Cái
---	---	---	----	-----

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

3. Dịch vụ kèm theo: Thay thế hoặc sửa chữa các linh kiện trên, cân chỉnh, bảo dưỡng, bảo hành.

4. Các thông tin khác:

- Thiết bị sau khi sửa chữa hoạt động ổn định đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Bảo hành: ≥ 06 Tháng

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *L. Hoàng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
TỈNH
QUẢNG TRỊ
Trương Vĩnh Quý