

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua sắm dây tán sỏi laze, panh kẹp lưỡng cực và phin lọc khí với nội dung cụ thể như sau:

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/5/2025

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư, thiết bị

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dây tán sỏi lazer cỡ 800µm	- Loại dùng nhiều lần - Chuẩn chân cắm: SMA - Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính cong tối thiểu của dây $\leq 50\text{mm}$ - Cỡ 800µm - Bước sóng từ 800 – 2100 nm - Công suất tán tối đa $\geq 3200\text{ W}$ - Gắn được cho máy tán sỏi Laser: Model: Multiplusr Hoplus/Asclepion Laser Technolohies	01	Cái

2	Panh kẹp lưỡng cực, (Kèm gấp và phẫu tích lưỡng cực) Kèm dây lưỡng cực	- Panh kẹp lưỡng cực, đường kính $\leq 5.5\text{mm}$, dài $\geq 330\text{mm}$, cấu tạo gồm 3 phần có thể tháo rời, tay cầm có thể xoay. - Hàm lưỡng cực, hàm dài $\geq 23\text{mm}$, hàm có răng, ở giữa rỗng. - Dây dẫn lưỡng cực + Kích thước: dài $\geq 3\text{m}$ + Rắc cắm 2 chân, đường kính chân cắm 6 ly + Khoảng cách giữa 2 tim chân 4cm	01	Cái
3	Phin lọc khí	- Loại dùng 1 lần - Lọc được khí Co_2 - Đường kính trong đầu phin lọc 1,4cm	25	Cái

1. Địa điểm cung cấp vật tư: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển , cung cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

