

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu Sửa chữa máy bào xoang và dao mổ điện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng - Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư - TBYT
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 10/8/2025

Lưu ý: Báo giá vào địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ:

- Sửa chữa Máy bào xoang Model: Unidrive S III ENT với tình trạng hư hỏng cụ thể như sau:
 - Máy báo lỗi E19 (qua xác định lỗi các bộ phận: - bộ truyền động, kênh tưới nước, guồng máy bơm)
- Sửa chữa Dao mổ điện Model: Excll 350 với tình trạng hư hỏng cụ thể như sau:
 - Máy báo lỗi ERR 39

2. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa Máy bào xoang Model: Unidrive S III ENT	- Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau:		
		+ Bộ truyền động của motor	01	Cái
		+ Kênh tưới nước của motor	01	Cái
		+ Guồng máy bơm nước	01	Cái

2	Sửa chữa dao mổ điện Model: Excell 350	- Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau:		
		+ Bo mạch điều khiển điện áp phát điện cao tần	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng số 01

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	Vận chuyển tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

3. Dịch vụ kèm theo: Thay thế hoặc sửa chữa thiết bị trên, cân chỉnh, bảo hành.

4. Các thông tin khác:

- Thiết bị sau khi sửa chữa hoạt động ổn định đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Bảo hành: ≥ 06 Tháng

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,...trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB_(Lê).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý