

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư – TBYT
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31/8/2025

Lưu ý: Báo giá vào địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư, thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 0.2µl - 2µl - Độ chính xác: $\pm 15.0\%$ (0.2 µl) - $\pm 2.5\%$ (2 µl) - Độ chuẩn: $\leq 8\%$ (0.2µl) - $\leq 1\%$ (2µl)	01	Cái
2	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 1µl - 10µl - Độ chính xác: $\pm 5.0\%$ (1 µl) - $\pm 1.0\%$ (10µl)	02	Cái

		- Độ chuẩn: $\leq 2.5\%$ (1 μ l) - $\leq 0.5\%$ (10 μ l)		
3	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 2 μ l - 20 μ l - Độ chính xác: $\pm 6.0\%$ (2 μ l) - $\pm 1.0\%$ (20 μ l) - Độ chuẩn: $\leq 3.0\%$ (2 μ l) - $\leq 0.5\%$ (20 μ l)	02	Cái
4	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 10 μ l - 100 μ l - Độ chính xác: $\pm 2.0\%$ (10 μ l) - $\pm 0.8\%$ (100 μ l) - Độ chuẩn: $\leq 1.0\%$ (10 μ l) - $\leq 0.3\%$ (100 μ l)	02	Cái
5	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 20 μ l - 200 μ l - Độ chính xác: $\pm 2.0\%$ (20 μ l) - $\pm 0.8\%$ (200 μ l) - Độ chuẩn: $\leq 1.0\%$ (20 μ l) - $\leq 0.3\%$ (200 μ l)	03	Cái
6	Dụng cụ lấy mẫu đơn/Micropipet	- Thể tích: 100 μ l - 1000 μ l - Độ chính xác: $\pm 2.0\%$ (100 μ l) - $\pm 0.8\%$ (1000 μ l) - Độ chuẩn: $\leq 0.6\%$ (100 μ l) - $\leq 0.3\%$ μ l (1000 μ l)	02	Cái

1. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển cung cấp tại bệnh viện - Hàng mới 100% - Xuất Xứ: G7 hoặc các nước liên minh châu Âu (EU)

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý