

Quảng Trị, ngày 13 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – Nghị định 214/2025/ NĐ-CP cho việc Mua sắm bổ sung vật tư y tế không trúng thầu lần 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Hữu Tuân – Phó Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0901.990.789

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email:** phongvattutbytbvqt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá: *Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá*

- Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 phần (lô) đến toàn bộ các phần (lô) hàng hoá được nêu tại Phụ lục I đính kèm.

2. Mẫu Bảng báo giá: *Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá*

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là:

- Các Quyết định trúng thầu/ Thông báo trúng thầu của hàng hóa trong vòng 12 tháng trở lại đây (nếu có).

- Các tài liệu của hàng hóa theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (Số lưu hành - Phân loại: A, B, C, D).

- Catalog, tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Nam Đông Hà - Quảng Trị	- Các dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, bàn giao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 12 tháng.

Lưu ý:

- Các đơn vị/nhà cung cấp có thể bất lợi nếu không gửi kèm các tài liệu theo yêu cầu tại Điểm 3 (Gửi kèm theo Bảng báo giá là) Mục II (Nội dung yêu cầu báo giá) và Thông số kỹ thuật tại bản chào giá.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email (phongvattutbytbvqt@gmail.com), đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng kèm các tài liệu đến địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT_Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa TDCN, PTGM-HS;
- Lưu: TCKT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

Phụ lục 1**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 13 tháng 11 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

STT	Danh mục	Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng, lưỡi bào cong			
1.1	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng	- Sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26Fr - Dùng được cho tay cầm lưỡng cực của hãng Karl Storz	100	Cái
1.2	Lưỡi bào cong sau (Hummer)	- Lưỡi cong 40 độ - Cửa cắt răng cưa đôi - Đường kính; 4mm - Chiều dài 12cm $\pm$ 10% - Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: UNIDRIVER III EBT	10	Cái
1.3	Lưỡi bào cong trước (Hummer)	- Lưỡi cong 40 độ - Cửa cắt răng cưa đôi - Đường kính; 4mm - Chiều dài trong khoảng 12cm - Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: UNIDRIVER III EBT	10	Cái
1.4	Lưỡi bào thẳng (Hummer)	- Lưỡi cong 0 độ - Cửa cắt răng cưa đôi - Đường kính; 4mm - Chiều dài trong khoảng 12cm - Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: UNIDRIVER III EBT	10	Cái
2	Vật tư dùng trong can thiệp nội soi tiêu hoá			
2.1	Bóng kéo sỏi	- Bóng kéo sỏi, có 3 kênh - Đường kính bơm bóng: 12mm đến 15mm - Tương thích guidewire 0.035inch đi trong lòng dụng cụ - Phù hợp kênh làm việc đường kính $\leq$ 3,8mm, chiều dài làm việc $\geq$ 200cm	20	Cái
2.2	Bóng kéo sỏi	- Bóng kéo sỏi $\geq$ 3 kênh - Đường kính bơm bóng: 15m đến 18mm - Tương thích guidewire 0.035inch đi trong lòng dụng cụ - Phù hợp kênh làm việc đường kính $\leq$ 3,8mm, chiều dài làm việc $\geq$ 200cm	20	Cái
2.3	Stent đường mật	- Stent nhựa thẳng đường mật đường kính 10 Fr. - Chiều dài 70mm $\pm$ 10%, tương thích với kênh sinh thiết $\leq$ 3.8mm	50	Cái

STT	Danh mục	Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
2.4	Stent đường mật	- Stent đuôi heo loại 10Fr, chiều dài 70mm $\pm$ 10%, tương thích với kênh sinh thiết $\leq$ 3.8mm	10	Cái
2.5	Rọ lấy sỏi đường mật	- Rọ lấy sỏi hình lục giác 4 dây - Chất liệu rọ bằng kim loại và Nitinol (hoặc tương đương), rọ có thiết kế tự xoay khi rút. - Chiều dài làm việc $\geq$ 200cm, đường kính độ mở rọ 35mm, chiều dài rọ $\geq$ 60mm. - Đường kính ống catheter 7Fr, tương thích với kênh làm việc tối đa 3.8mm. Tay cầm có khóa	20	Cái
2.6	Dao bóc tách niêm mạc xung điện dạ dày (IT knife)	Dao cắt hót dưới niêm có đầu cuối cách điện, với điện cực hình tam giác, vỏ ngoài có độ cứng tối ưu cho việc điều khiển dao, phù hợp kênh làm việc 2,8mm, chiều dài làm việc $\geq$ 1.650mm, chiều dài dao 4mm, đầu cuối cách điện đường kính 2,2mm.	10	Cái
2.7	Dao bóc tách niêm mạc xung điện đại tràng (IT knife)	Dao cắt hót dưới niêm có đầu cuối cách điện, đầu cách điện nhỏ gọn thuận tiện cho việc điều khiển, được thiết kế đặc biệt an toàn cho thực quản và đại tràng. Phù hợp kênh làm việc 2,8mm, chiều dài làm việc $\geq$ 2300mm, chiều dài dao 3.5mm, đường kính đầu cuối cách điện 1.7mm $\pm$ 5%	10	Cái
2.8	Kìm sinh thiết dạ dày	Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm	20	Cái
2.9	Kìm sinh thiết đại tràng	Chiều dài làm việc từ 230 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm	20	Cái
2.10	Kìm sinh thiết phế quản	Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm	2	Cái
2.11	Kìm lấy clotest	Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm	100	Cái
2.12	Thông lọng nóng cắt polyp ống tiêu hóa	Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, phù hợp đường kính kênh làm việc 2.8mm, chiều dài $\geq$ 2300mm, đường kính lọng có độ mở từ 15mm - 25mm	10	Cái
2.13	Thông lọng nóng cắt polyp ống tiêu hóa	Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, phù hợp đường kính kênh 2.8mm, chiều dài $\geq$ 2300mm, độ mở loop $\geq$ 3cm	5	Cái
2.14	Thông lọng cắt polyp, dạng cắt lạnh	- Tương thích kênh làm việc $\leq$ 2,8mm. - Thông lọng có chiều dài: $\geq$ 2300mm.	5	Cái

STT	Danh mục	Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		- Đường kính lòng cắt từ: 10-15 mm.		
2.15	Vợt lấy dị vật	Chiều dài làm việc: $\geq 160\text{cm}$, kích thước mở vợt: $\geq 30\text{mm}$, tương thích với kênh làm việc 2.8mm.	2	Cái
2.16	Kim gấp dị vật dạng hỗn hợp răng chuột + hàm cá sấu	Chiều dài làm việc: $\geq 160\text{cm}$, độ mở ngàm $\geq 8\text{mm}$, tương thích với kênh làm việc 2.8mm.	2	Cái
2.17	Thòng lọng lấy dị vật	Chiều dài: $\geq 2200\text{mm}$, kích thước rọ: $\geq 30\text{mm}$, tương thích với kênh làm việc ống soi 2.8mm.	2	Cái
2.18	Mủ chụp đầu ống nội soi lấy dị vật	Phù hợp đường kính ngoài ống soi 9,9mm	2	Cái
2.19	Ngáng miệng người lớn	Dùng được cho người lớn	100	Cái
2.20	Ngáng miệng trẻ em	Dùng được cho trẻ em	10	Cái
3	Bộ đẩy stent nhựa và Kim tiêm cầm máu qua nội soi			
3.1	Bộ đẩy stent nhựa	- Dụng cụ đẩy stent chiều dài $\geq 1900\text{mm}$, tương thích với kênh sinh thiết $\leq 3.8\text{mm}$, tương thích dây guidewire 0.035", tương thích với các loại stent $\leq 10\text{Fr}$ - Xuất xứ: G7	5	Cái
3.2	Kim tiêm cầm máu qua nội soi	- Đường kính kim 22G-25G. - Độ nhọn tip 4-5mm được làm bằng kim loại. - Chiều dài làm việc: $\geq 180\text{cm}$ - Phù hợp với kênh làm việc 2.8mm. - Xuất xứ: G7	60	Cái

Phụ lục 2
MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu chào giá ngày..... tháng.....năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

Mã số thuế:.....

BÁO GIÁ

Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày....tháng....năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Vật tư – phụ kiện Thiết bị y, chúng tôi Công ty báo giá các hàng hoá như sau:

TT	STT tại Giấy mời chào giá	Tên hàng hóa	Hãng và nước sản xuất	Số lưu hành	Số Phân loại ABCD	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) đã gồm VAT	Thành tiền (VNĐ)	Thông số kỹ thuật
1											
2											
3											
Tổng số khoản:.....											

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển...

- Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN CÔNG TY