

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy điện tim 3 kênh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 12 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22/12/2025

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục yêu cầu báo giá

T T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim 3 kênh	I. Cấu hình máy: + Máy chính: 01 Các phụ kiện kèm theo: + Dây nguồn: 01 + Cáp điện tim: 01 cái + Điện cực loại bóp bóng: 06 cái + Điện cực kẹp chi: 04 cái + Giấy in nhiệt: 01 cuộn + Bút lau đầu in nhiệt: 01 cái + Pin sạc: 01 cái + Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	02	Cái

	II. Tính năng kỹ thuật: Đào vào điện tim: + Điện trở đầu vào: $\geq 50M\Omega(10Hz)$ + Chức năng bảo vệ đầu vào: Phá rung tim + Hệ số lọc nhiễu ở chế độ thường: $\geq 100dB$ (tại 10v) + Dòng vào: $< 0.5\mu Vp-p$ + Nhiều giữa các kênh: $\leq 40dB$ + Tốc độ lấy mẫu ≥ 8000 mẫu/giây Xử lý dữ liệu dạng sóng: + Tốc độ lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/giây + Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: $\leq 20\mu Vp-p$ + Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60Hz + Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz + Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25, 35 Hz + Chống trôi đường cơ bản + Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV + Phát hiện đánh dấu nhịp: có sẵn + Chuyển đổi: A/D: 32 bit Màn hình Hiển thị + Kích thước: ≥ 5 inch + Loại màn hình: màn hình tinh thể lỏng TFT + Độ phân giải: $\geq 800 \times 480$ điểm + Hiển thị dữ liệu: Sóng điện tim, tên đạo trình, phiên bản, thời gian và ngày tháng, loại chương trình, tốc độ giấy, độ nhạy, lọc, thông tin bệnh nhân(số ID, giới tính, tuổi) đánh dấu sự kiện, tuột điện cực, nhiễu, . + Nhiều cơ khí: $\leq 48 dB$ ở tốc độ giấy 25 mm/giây Ghi: + Mật độ in: $200 \geq dpi$ (8 điểm/mm) + Độ nhạy dòng quét: 1ms + Số kênh: 1,1 + rhythm, 3 + Dữ liệu ghi: Dữ liệu ghi: sóng điện tim, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, thời gian và ngày tháng, loại chương trình, tốc độ giấy, độ nhạy, lọc, thông tin bệnh nhân (số ID, giới tính, tuổi). đánh dấu sự kiện, tuột điện cực, nhiễu + Loại giấy: cuộn dài $\geq 30m$, chiều rộng 63mm Phân tích điện tim có nhu cầu điện năng + Điện nguồn: AC (110V đến 240V) $\pm 10\%$ + ≥ 180 phút (tự động in 3 phút/lần bằng pin mới, ở $25^{\circ} C$) ≥ 60 phút (in liên tục với pin mới ở $25^{\circ} C$		
--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển , cung cấp tại bệnh viện - Hàng mới 100% - Bảo hành: $\geq$ 12 tháng

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý