

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP về việc Mua sắm Bóng đèn phát tia X để sử dụng cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt/vòng - Model: SOMATOM – HSX: SIEMENS/Đức, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Thành Lê - Phòng Vật Tư-TBYT - SĐT: 0946.268.801

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư - TBYT hoặc qua email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị y yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bóng đèn phát tia X để sử dụng cho Hệ thống chụp Cắt lớp vi tính 64 lát cắt/vòng - Model: SOMATOM –	* Thông số kỹ thuật: - Công suất danh nghĩa đầu vào của Anode tại công suất nhiệt tham chiếu 4,6 kW: + F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): ≥ 48 kW. + F2 (tiêu điểm nhỏ): ≥ 100 kW. - Khả năng trữ nhiệt của Anode: $\geq 400\ 000$ J = (0,5 MHU). - Vật liệu đầu anode: Hợp kim rhenium – tungsten hoặc tương đương.	01	Cái

	HSX: SIEMENS/Đức	- Điện áp danh nghĩa: 145 kV. - Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa của Anode: $\geq 4,8$ MJ/min; $\geq 6,5$ MHU/min. Tiêu chuẩn IEC 60 613. - Tần số Anode tối đa: 160 Hz. Tiêu chuẩn IEC 60 613. - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: 4,6 kW. - Góc Anode: 7°. - Tiêu điểm danh nghĩa: + F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): $\leq 0,7 \times 0,7$. + F2 (tiêu điểm nhỏ): $\leq 0,9 \times 1,1$. - Bộ lọc giảm liều: $\geq 6,8$ mm Al /145 kV. - Khối lượng tổ hợp bóng: 38 kg. - Mức rò tia ở 145 kV/4,6W với khoảng cách 1 m: $\leq 0,8$ mGy/h. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ: $\leq 18 - \geq 30$ độ C. + Độ ẩm: $\leq 20 - \geq 75\%$. - Lắp đặt, hoạt động tốt, đảm bảo các thông số theo thiết kế của nhà sản xuất cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt/vòng - Model: SOMATOM - HSX: SIEMENS/Đức.		
--	-----------------------------	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, bảo hành, thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.	- Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, cân chỉnh thiết bị sau lắp đặt đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường đúng theo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Bảo hành bóng phát tia ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất (nhà thầu ghi rõ). - Đơn vị cung cấp phải được ủy quyền từ nhà sản xuất hệ thống - Bên lắp đặt phải có đội ngũ kỹ sư thực hiện được cân chỉnh, cài đặt trên phần mềm của máy, chịu trách nhiệm liên hệ được với Nhà sản xuất hoặc đơn vị đại diện Hãng để cấp các tài khoản cho cân chỉnh, cài đặt trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Lưu ý:

- Đơn vị có thể chào giá đề xuất phương án khác nhưng đảm bảo thiết bị hoạt động được bình thường, đáp ứng các thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất nhưng tiết kiệm hiệu quả và phải được ủy quyền từ nhà sản xuất hệ thống.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog, tài liệu thông số kỹ thuật.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có).

- Báo giá có ghi rõ giá có thu hồi bóng và giá không thu hồi bóng.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa CDHA;
- Lưu: TCKT, VT-TBYT_(Lê);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý